



Via São Cotelengo

Nem a tua precisão do corpo inteiro para encantar o mundo

**TERMO DE REFERÊNCIA - CONVÊNIO 822670/2015 – Ambulatório – Oftalmo.**

- 1- **Conveniente:** Vila São José Bento Cottolengo
- 2- **Objeto:** Aquisição de Equipamentos para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, referente ao convênio 822670/2015 com as seguintes especificações:

3-

Item	Nome do Item	Quantidade
02	CADEIRA OFTALMOLÓGICA	01
	<b>Código da Natureza de Despesa</b> 44905208	<b>Nome da Natureza de Despesa</b> Apar. Equip. Utens. Med. Odont. Laborat. Hospt.
	<b>Especificação Técnica</b> Cadeira Oftalmológica. Características técnicas mínimas: Base estrutural em aço carbono, tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta de alta resistência. Acabamentos em plástico. Estofamento em espuma de alto impacto. Revestimento em courovin sem costuras ou emendas. Movimento elétrico, encosto regulável, sistema de elevação do assento e encosto totalmente elétricos através de teclados laterais. Posição tipo maca – 180°. Apoio da cabeca regulável. Braços escamoteáveis com trava e com movimentos simultâneos ao movimento do encosto. Apoio para os pés regulável. Botão de parada de emergência. Capacidade: 180 kg. Alimentação elétrica 220V. Reversão automática de tensão. Frequência 50/60 Hz.	
	<b>Unidade Assistida (Local de Instalação)</b> Vila São José Bento Cottolengo – Hospital Geral/ Hospital Especializado – Sala para Exame Diferenciado	

Item	Nome do Item	Quantidade

Av. Coronel Gabriel Alves de Carvalho, 163, Bairro Santuário - Trindade-GO  
CEP: 75.388-596 (62) 3506-9000

cottolengo.org.br  
cottolengo@cottolengo.org.br



## Via São Cotelengo

Nem a lua precisa do corpo inteiro para encantar o mundo

09	OFTALMOSCÓPIO		01
<b>Código da Natureza de Despesa</b> 44905208		<b>Nome da Natureza de Despesa</b> Apar. Equip. Utens. Med. Odont. Laborat. Hospt.	
<b>Especificação Técnica</b> Oftalmoscópio instrumento para exame do interior do olho. Características técnicas mínimas: oftalmoscópio indireto. Equipamento confeccionado em resina, com feixe luminoso. Filtros verde e azul. Iluminação a LED, sem fios. Bateria convencional e Composição mínima de 3 aberturas e 19 lentes.			
<b>Unidade Assistida (Local de Instalação)</b> Vila São José Bento Cotelengo – Hospital Geral/ Hospital Especializado – Sala para Exame Diferenciado			

Trindade, 02 de dezembro de 2016.

**Pe. José Bento de Oliveira, CSSR**  
Diretor Presidente

Av. Coronel Gabriel Alves de Carvalho, 163, Bairro Santuário - Trindade-GO  
CEP: 75.388-596 (62) 3506-9000

cottolengo.org.br  
cottolengo@cottolengo.org.br