

**EDITAL**  
**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº. 14/2020**  
**CONVÊNIO: Nº 883572/2019**  
**REABILITAÇÃO FÍSICA**

A Vila São José Bento Cottolengo, entidade privada sem fins lucrativos da área da saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.420.371/0001-22, situada na Avenida Coronel Gabriel Alves de Carvalho, 163, Bairro Santuário, Trindade - Goiás torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a Cotação Prévia de Preço, no âmbito do Convênio nº. 883572/2019, celebrado com o Ministério da Saúde, equipamento médico-hospitalar.

Esta Cotação Prévia de Preços será executada obedecendo aos dispositivos do Decreto Presidencial nº. 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016.

**1. OBJETIVO**

Aquisição de equipamento para o Hospital Especializado/ Centro Especializado em Reabilitação, referência na Atenção à Saúde Auditiva, Física e Reabilitação.

**2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

A aquisição visa cumprir o objeto do Convênio nº. 883572/2019, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Vila São José Bento Cottolengo.

**3. DA ENTREGA DA PROPOSTA**

3.1 A proposta deverá ser digitada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, conter data, nome ou razão social, CNPJ, endereço completo, número de telefone e e-mail. Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a sessenta 150 (cento e cinquenta) dias.

3.2 A proposta deverá ser enviada por e-mail até o dia **24 de fevereiro de 2020** para endereço eletrônico [convenio.projeto@cottolengo.org.br](mailto:convenio.projeto@cottolengo.org.br).

**4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:**

4.1. Os fornecedores PODERÃO participar desta cotação sob duas formas:

4.2.1. Apresentar Certificado de Registro Cadastral – CRC do Sistema de Cadastramento Unificado do Governo Federal – SICAF, atualizado, devendo conter no mínimo registros de credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal federal e estadual / municipal.

4.2.2 Empresas sem registro no SICAF deverão apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir:

I – Documentos de Habilitação Jurídica:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de



- eleição de seus administradores;
- c) Cédula de identidade do dirigente da Empresa.
- II – Documentos que comprovem Regularidade Fiscal:
- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- b) Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF / Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;
- c) Comprovante de regularidade junto a Fazenda Pública do Estado e Município da sede da empresa;
- d) Certificado de Regularidade do FGTS;
- e) Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;
- f) Cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União;

4.3 O CRC ou documentos relacionados no item anterior devem ser encaminhados via e-mail junto com a proposta comercial.

4.4 No ato da assinatura do contrato, a empresa vencedora da cotação deve apresentar cópias dos documentos de Habilitação Jurídica e caso haja certidões negativas de débito vencidas, deverá atualizá-las.

4.5 No ato da emissão do documento nota fiscal, a empresa vencedora da cotação deve apresentar certidões negativas validas.

4.6. Aceitar manter a validade dos valores das propostas ofertadas por 150 (cento e cinquenta) dias.

## 5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS:

Item	Nome do Item	Quantidade
02	Oxímetro de Pulso	03
<b>Especificação Técnica:</b> Tipo: Compacto, leve e simples de usar, portátil (de mão)). Display LCD ou LED com Back light . Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, freqüência de cardíaca e Relógio. Indicador de Perfusão. Capacidade de armazenamento de até 100 A 150 pacientes e no mínimo 70 horas de registros de dados. Transferência de dados para PC por cabo e Compatível com software de gestão dos mesmos. Alarme visual e sonoro com 3 níveis de prioridade. Alimentação por 3 pilhas AA ou baterias Ni-MH. Carregador de baterias Ni-MH com adaptador e suporte de mesa. NO MÍNIMO: 01 Sensor de dedo com clipe Adulto, 01 Sensor de dedo com clipe Pediátrico e Sensor universal "Y" com clipe para orelha. 01 Extensão para sensor, Baterias recarregáveis Ni-MH. 01 Bolsa para transporte. Registro na ANVISA. Garantia 12 meses.		
<b>Unidade Assistida (Local de Instalação)</b>		

Vila São José Bento Cottolengo – Centro Especializado em Reabilitação – Reabilitação Física – Consultório Diferenciado (Fisiatria, Ortopedia ou Neurologia).

Item	Nome do Item	Quantidade
03	Bicicleta Ergométrica Vertical	05
<p><b>Especificação Técnica:</b>            Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Sistema magnético de cargas: - com no mínimo 8 níveis de regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Assento ERGONOMICO com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 130 kg. ESPECIFICAR: SIM. Garantia 12 meses.</p>		
<p><b>Unidade Assistida (Local de Instalação)</b>            Vila São José Bento Cottolengo – Centro Especializado em Reabilitação – Reabilitação Física – Salão para Cinesioterapia e Mecanoterapia.</p>		

Item	Nome do Item	Quantidade
05	Oxímetro de Pulso	01
<p><b>Especificação Técnica:</b>            Tipo: Compacto, leve e simples de usar, portátil (de mão). Display LCD ou LED com Back light . Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, frequência de cardíaca e Relógio. Indicador de Perfusão. Capacidade de armazenamento de até 100 A 150 pacientes e no mínimo 70 horas de registros de dados. Transferência de dados para PC por cabo e Compatível com software de gestão dos mesmos. Alarme visual e sonoro com 3 níveis de prioridade. Alimentação por 3 pilhas AA ou baterias Ni-MH. Carregador de baterias Ni-MH com adaptador e suporte de mesa. NO MÍNIMO: 01 Sensor de dedo com clipe Adulto, 01 Sensor de dedo com clipe Pediátrico e Sensor universal “Y” com clipe para orelha. 01 Extensão para sensor, Baterias recarregáveis Ni-MH. 01 Bolsa para transporte. Registro na ANVISA. Garantia 12 meses.</p>		
<p><b>Unidade Assistida (Local de Instalação)</b>            Vila São José Bento Cottolengo – Centro Especializado em Reabilitação – Área Comum de Habilitação/ Reabilitação – Sala de Atividade de Vida Prática - AVP.</p>		

Item	Nome do Item	Quantidade
06	Oxímetro de Pulso	07
<p><b>Especificação Técnica:</b>            Tipo: Compacto, leve (peso: de 230 a 300 gramas) e simples de usar, portátil (de mão). Display LCD ou</p>		

LED com Back light . Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, frequência de cardíaca e Relógio. Indicador de Perfusão. Capacidade de armazenamento de até 100 A 150 pacientes e no mínimo 70 horas de registros de dados. Transferência de dados para PC por cabo e Compatível com software de gestão dos mesmos. Alarme visual e sonoro com 3 níveis de prioridade. Alimentação por 3 pilhas AA ou baterias Ni-MH. Carregador de baterias Ni-MH com adaptador e suporte de mesa. NO MÍNIMO: 01 Sensor de dedo com clipe Adulto, 01 Sensor de dedo com clipe Pediátrico e Sensor universal "Y" com clipe para orelha. 01 Extensão para sensor, Baterias recarregáveis Ni-MH. 01 Bolsa para transporte. Registro na ANVISA. Garantia 12 meses.

**Unidade Assistida (Local de Instalação)**

Vila São José Bento Cottolengo – Centro Especializado em Reabilitação – Reabilitação Física – Box de Terapia.

Item	Nome do Item	Quantidade
10	Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling)	06

**Especificação Técnica:**

Material: madeira, Suporte de peso de até 150 KG. Fixação de parede. Comprimento: 45 à 50 cm; Largura: 90 à 95cm; Altura: 2,20 a 2,45m; Distância entre parede e espaldar: entre 13,0 a 15cm; Distância entre os bastões: 15 à 20 cm; Espessura das barras: 2,80 a 3,50 cm. Opcional: barra de regulagem de altura.

**Unidade Assistida (Local de Instalação)**

Vila São José Bento Cottolengo – Centro Especializado em Reabilitação – Reabilitação Física – Salão para Cinesioterapia e Mecanoterapia.

Item	Nome do Item	Quantidade
15	Estetoscópio Infantil	06

**Especificação Técnica:**

Auscultador: aço inoxidável, tipo: duplo. Diafragma pequeno em torno de 3,00 a 3,50cm. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio. Tecnologia Multi Frequência (Alta sensibilidade acústica para sons de alta e baixa frequência). Olivas de Isolamento Macio e Ajuste. Tubos livres de látex de borracha natural. Garantia 12 meses.

**Unidade Assistida (Local de Instalação)**

Vila São José Bento Cottolengo – Centro Especializado em Reabilitação – Área Comum de Habilitação/ Reabilitação – Sala de Atendimento Terapêutico em Grupo - Infantil.



Item	Nome do Item	Quantidade
17	Estetoscópio Adulto	01
<b>Especificação Técnica:</b> Auscultador: aço inoxidável ou em liga de alumínio anodizado. tipo: duplo. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio. Tecnologia Multi Frequência (Alta sensibilidade acústica para sons de alta e baixa frequência). Olivas de Isolamento Macio e Ajuste. Garantia 12 meses.		
<b>Unidade Assistida (Local de Instalação)</b> Vila São José Bento Cottolengo – Centro Especializado em Reabilitação – Área Comum de Habilitação/ Reabilitação – Sala de Atendimento Terapêutico em Grupo - Adulto.		

Item	Nome do Item	Quantidade
19	TENS e FES	06
<b>Especificação Técnica:</b> Número de canais: 04 canais (independentes de preferência). Resistente e fácil manuseio, Alimentação: 220v ou Bi-Volt automático. Correntes: mínimas: TENS (Normal, Burst, VIF, VP, VF), FES (Síncronizado , Sequencial, Alternado); desejadas: TENS (Normal, Burst, VIF, VP, VF), FES (Síncronizado , Sequencial, Alternado), Microcorrente, Russa e Interferencial Tetrapolar e Bipolar, Central de controle com microprocessador. Largura de pulso: entre 40 até 500µs. Intensidade variando: 0 a 250 mA. Temporizador de 0 a 59 minutos com desligamento automático. 8 eletrodos – tamanho variando 2 à 5 x 2 à 5 cm .4 cabos para eletrodos. Fusível compatível com o equipamento. Proteção contra risco de choque elétrico. Manual do usuário. Registro na ANVISA. Garantia 12 meses.		
<b>Unidade Assistida (Local de Instalação)</b> Vila São José Bento Cottolengo – Centro Especializado em Reabilitação – Área Comum de Habilitação/ Reabilitação – Box de Terapia.		

Item	Nome do Item	Quantidade
20	Esfigmomanômetro Obeso	02
<b>Especificação Técnica:</b> Tipo/Material de confecção da braçadeira com dimensões variando entre de 48 a 55 x 13 à 15 cm (Abrangência Circunferência do Braço: 18 x 38 cm) de nylon com sistema de fecho de metal podendo ser em velcro; analógico/. Manguito e tubos: Fabricados em PVC. Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; Pera Insufladora em PVC, com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado. Válvula: Precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar. Garantia 12 meses.		



**Unidade Assistida (Local de Instalação)**

Vila São José Bento Cottolengo – Centro Especializado em Reabilitação – Área Comum de Habilitação/ Reabilitação – Sala de Atendimento Terapêutico Adulto.

5.1 Os equipamentos objetos desta cotação devem ser novos. Em hipótese alguma serão aceitos equipamentos usados ou recondicionados.

**6. DA GARANTIA**

6.1 O período de garantia total para os equipamentos incluindo reposição de peças, mão-de-obra, deslocamento de técnico, frete do transporte de partes ou peças, serviço de instalação, deve obedecer ao termo de referência publicado a contar da Aceite Técnico dos equipamentos.

6.2 Dentro da vigência da garantia, o fornecedor deve ser responsável por defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais dos equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os elementos defeituosos ou os equipamentos em si, se for o caso, sem ônus à instituição, mesmo após o “aceite” e/ou pagamento.

**7. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**

7.1 O fornecedor deve possuir equipe de assistência técnica ou representação técnica especializada para a prestação permanente de serviços de manutenção no Estado de Goiás, após o vencimento do prazo de garantia, com qualidade satisfatória e mediante remuneração compatível com os valores de mercado.

7.2 O fornecedor deve assegurar a prestação dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva, comprometendo-se a realizá-la em prazo máximo definido, a partir da data de recebimento do pedido da instituição, assumindo o ônus de não computar no período de garantia os prazos excedentes de manutenção dos equipamentos.

7.3 Informar na Proposta, os custos de partes e peças, em especial, das de vida útil relativamente curta ou que estão sujeitas a esterilização, bem como das partes e peças importadas.

7.4 Informar os custos com serviços de assistência técnica e manutenção prestadas durante e após o período de garantia descrevendo inclusive, se houver, custos como transporte e estada de técnicos e transporte de equipamentos.

7.5 Informar ainda custos dos insumos e demais materiais de consumo necessários à realização dos procedimentos.

**8. DO MANUAL DE OPERAÇÃO**

O contratado deverá fornecer à instituição todas as informações técnicas em português, necessárias e suficientes para a operação correta e segura dos equipamentos.

## 9. DO TREINAMENTO

O fornecedor deve garantir o treinamento de operadores na quantidade que a Instituição determinar em contrato, para capacitá-los quanto ao uso correto e seguro dos equipamentos, sem qualquer ônus para Instituição.

## 10. DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

10.1 A proposta apresentada pelos fornecedores deve conter requisitos mínimos de instalação dos equipamentos, necessários para avaliar a adequação das instalações da instituição para seu recebimento e funcionamento.

10.2 A instalação dos equipamentos deve ser realizada pelo fornecedor ou seu representante autorizado, devendo ser iniciada exclusivamente após aprovação formal dos pré-requisitos de instalação e funcionamento, emitidas pelos fornecedores.

10.3 Os fornecedores ou seus representantes autorizados deveram efetuar os testes de instalação dos equipamentos, realizando demonstração de seu funcionamento ao responsável técnico da Equipe Técnica da Cotação e/ou demais profissionais indicados por ele.

10.4 O fornecedor deve informar a necessidade de adquirir componentes e acessórios que não acompanham os equipamentos, necessários ao seu funcionamento e realização dos procedimentos. A inobservância deste requisito confere à Instituição o direito de cancelar a Contratação caso julgue que as aquisições sejam inviáveis.

## 11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 Serão desclassificadas as propostas que:

- a) Não atendam às exigências contidas nos itens 3 a 10;
- b) Apresentem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis;
- c) Ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente Termo de Referência;

11.2 A escolha recairá pela proposta que apresentar, além do melhor preço, maior qualidade mensurada por requisitos como valor técnico, caráter funcional, compatibilidade com características ambientais, custos para instalação e de utilização, insumos, produtividade, custos de manutenção, localidade da assistência técnica, aspectos e características que mais se adequam a realidade da Vila São Cottolengo e manter o valor da oferta de preços por 150 (cento e cinquenta) dias, referências e requisitos similares.

11.3 Havendo empate entre duas ou mais propostas será classificada a que apresentar menor preço e técnica;

11.4 O resultado da avaliação das propostas será divulgado no site da Instituição: [www.cottolengo.org.br](http://www.cottolengo.org.br).

11.5 Após homologada, esta cotação não poderá ser impugnada.

## 12. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A Contratada fará a entrega dos equipamentos em até 30 dias da assinatura do instrumento contratual no endereço da contratada.

## 13. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

13.1 A assinatura do instrumento contratual dar-se-á em até quinze dias úteis após a homologação do processo em apreço.

13.2 Para aquisições inferiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) será emitida Autorização de Fornecimento – AF.

## 14. VALOR DISPONÍVEL PARA A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão à conta do convênio nº. 883572/2019.

## 15. DO DOCUMENTO FISCAL

**15.1 A contratada deverá fazer constar o número do convênio 883572/2019 nas notas fiscais emitidas.**

## 16. DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento da empresa homologada como vencedora para a CPP 14/2020 acontecerá conforme institui o Art. 52. § 1º da Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016, “Os recursos destinados à execução de contratos de repasse deverão ser:

I - solicitados pela mandatária somente após a aceitação do processo licitatório; e

II - liberados em conta corrente específica e mantidos bloqueados, somente sendo autorizado o pagamento, na forma ajustada, após verificação da regular execução do objeto pela mandatária,” conforme citação acima.

16.2 Mediante liberação do pagamento pelo Ministério da Saúde o pagamento será efetuado via SICONV/OBTV por meio de crédito em conta corrente informada pelo contratado, preferencialmente do Banco do Brasil, mediante a apresentação da nota fiscal em até 7 (sete) dias úteis contados do Aceite Técnico.

16.2 O Aceite Técnico será emitido pelo responsável técnico indicado na Portaria de Designação da Equipe Técnica da Cotação, atestando o recebimento, instalação e colocação dos equipamentos em plenas condições de uso.

16.3 A Instituição é certificada pelo Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de Assistência Social da área da Saúde – CEBAS – Saúde, publicado no DOU nº. 209 de 31/10/2011, folhas 87 e 88 (Declaração de Tempestividade comprovando que o pedido de renovação foi protocolado em tempo hábil e aguarda análise). Portanto, é imune à tributação, nos termos da alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

## 17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 A qualquer tempo pode ser revogada a contratação da empresa que deixar de satisfazer às exigências



estabelecidas neste Edital e aos padrões de qualidade adotados pela Entidade.


17.2 O proponente selecionado é responsável, em qualquer época, pela fidelidade e pela legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados, podendo ser cancelado o credenciamento da empresa se verificada alguma irregularidade na documentação ou nas informações apresentadas.

17.3 A participação no processo de seleção importa na aceitação integral e irrevogável das normas contidas neste Edital.

17.4 A Entidade poderá revogar ou anular a presente cotação, em decisão motivada, sem que caiba qualquer indenização aos candidatos.

17.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Entidade.

Trindade, 14 de fevereiro de 2020.



Célia Ricardo de Souza  
Administradora Hospitalar  
Vila São José Bento Cottolengo

